

試験成績書



認定番号:71718

依頼者の所在地及び名称

受付No.

2020061002-008

静岡県伊豆の国市奈古谷718-2

報告日

2020年6月18日

第一酵母株式会社 御中

株式会社 キューサイ分析研究所

〒811-3422 福岡県宗像市玉丸411-1



試験実施に関する事項

試験品の名称	コーボンみそ(賞味期限2021. 5.29)
試験品目	-
試験品の受領日	2020年6月12日
本成績書の発行権限者	栗原 龍
要求事項及び仕様に対する適合性	<input checked="" type="checkbox"/> 適合 ・ <input type="checkbox"/> 不適合
試験条件に関する事項	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし ・ <input type="checkbox"/> 問題あり ()
その他	

1.試験項目及び結果

試験項目	結果	検出限界	測定日
ヨウ素-131	不検出	3 Bq/kg	2020年6月15日
セシウム-134	不検出	3 Bq/kg	2020年6月15日
セシウム-137	不検出	3 Bq/kg	2020年6月15日

結果:試験品測定日の値

検出限界:平成4年改訂 文部科学省放射能測定法シリーズ No.7

「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」記載の検出限界算出法に準拠

2.試験方法

γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法

測定時間	:	1000	秒
試験品の使用部位	:	全体	
試験品の洗浄処理	:	無し	

3.特記事項

本成績書の試験結果は、当該試験品に関するものです。

また、当試験所の書面による承認なしで、成績書の一部だけを複製することを禁止致します。