(I110-2 様式4-1)

試験成績書

依頼者の所在地及び名称

静岡県伊豆の国市奈古谷718-2

受付No. 2016052314-05-1

報告日 2016年5月25日

厚生労働省登録検査機関
株式会社 キューサイ分析研究所
〒811-3422 福岡県宗像市王丸411-1

第一酵母株式会社 御中

標題

コーボンマーベル(賞味期限2018.4.12)

試験実施に関する事項

試験品の名称	コーボンマーベル(賞味期限2018.4.12)
試験品目	—
試験品の受領日	2016年5月24日
本成績書の発行権限者	松井 美琴
要求事項及び仕様に対する適合性	☑ 適合 ・ □ 不適合
試験条件に関する事項	☑ 問題なし ・ □ 問題あり ( )
その他	

1.試験項目及び結果

試験項目	結果*	検出限界	測定日
ヨウ素-131	不検出	3 Bq/kg	2016年5月25日
セシウム-134	不検出	3 Bq/kg	2016年5月25日
セシウム-137	不検出	3 Bq/kg	2016年5月25日

* 試験品測定日の値

2.試験方法

γ線スペクトロメーター(ゲルマニウム半導体検出器)法

測定時間 : 1000 秒

試験品の使用部位 : 全体

試験品の洗浄処理 : 無し

3.特記事項

本成績書の試験結果は、当該試験品だけに関するものです。

また、当試験所の書面による承認なしで、成績書の一部分だけを複製することを禁止致します。